

Tobii Dynavox Desinfektion af enhed

Du skal bruge

Renseservietter beregnet til hospitaler eller lignende desinficerende servietter til infektionskontrol.

Anvendes på følgende produkter

Tobii I-Series	Tobii Dynavox PCEye Mini	Tobii Dynavox Indi® 7	Tobii M-Series
Tobii Dynavox I-Series(+)	Tobii Dynavox PCEye Plus	Tobii Dynavox Speech Case	Tobii C-Series
Tobii Dynavox I-13/I-16	Tobii Dynavox PCEye 5	Tobii Dynavox SC Tablet	Dynavox T-Series
Tobii Dynavox I-110	Tobii Dynavox EyeMobile Bracket	Tobii Dynavox Mobile Mini	Dynavox Maestro
Tobii PCEye	Tobii Dynavox EyeMobile Plus	Tobii Dynavox AccessIT 3	Tobii S32
Tobii PCEye Go	Tobii Dynavox PCEye Bracket	TD Pilot	
Tobii Dynavox PCEye Explore	Tobii Dynavox Indi®	Tobii Dynavox EyeR	

Fremgangsmåde

Desinfektion og rengøring

1. Luk din enhed helt ned før rengøringen.
2. Træk ledningen til din enhed ud af stikkontakten.
3. Fjern alle kabler.
4. Tør alle ydre overflader af med renseservietter beregnet til hospitaler eller lignende desinficerende servietter til infektionskontrol.
5. Lad enheden lufttørre.
6. Alt tilbehør skal desinficeres på samme måde.
7. Hvis renseservietten har efterladt striber fra rengøringen, kan du tørre skærmen af med en blød, tør klud.
8. Bortskaf brugte rengøringsmaterialer på korrekt vis.



Brug ikke sprayprodukter, der kan gennemvæde enheden og forårsage, at skadelig fugt trænger ind i enheden.

Support til din Tobii Dynavox enhed

Få hjælp på internettet

Se den produktspecifikke supportside for din Tobii Dynavox enhed. Den indeholder opdateret information om problemstillinger samt tips og tricks angående produktet. Find vores supportsider online på: www.TobiiDynavox.com/support-training

Kontakt din løsningskonsulent eller forhandler

Hvis du har spørgsmål angående dit produkt, skal du bede din løsningskonsulent hos Tobii Dynavox eller en godkendt forhandler om hjælp. De kender din personlige opsætning bedst og kan bedst hjælpe dig med tips og produkttræning. Kontaktoplysninger findes på www.TobiiDynavox.com/contact